

## 機械器具20 体液検査用器具

高度管理医療機器

グルコースモニタシステム

44611003

(自己検査用グルコース測定器)

30854000

## 特定保守管理医療機器

## FreeStyle リブレ

## 【警告】

## 適用対象(患者)

1. プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者において、実際の血糖値より高値を示すおそれがあるので、プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。[プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。]

## 【禁忌・禁止】

## 適用対象(患者)

1. 読取装置(Reader)は個人で使用してください。家族を含め、他の人と一緒に使用することはできません。[感染を広げるリスクがあるため]
2. FreeStyle リブレフラッシュグルコースモニタリングシステムは妊娠中の女性、人工透析を受けている患者、又は6歳未満の患者に対して使用しないでください。[これらの患者に対して評価されていないため]
3. ペースメーカーなど、他の埋め込み式医療機器と一緒に使用しないでください。[一緒に使用した場合の本システムの評価がされていないため]

## 使用方法

1. フラッシュグルコースモニタリングとして使用する場合、FreeStyle リブレ(センサー)と一緒に使用してください。その他の製品と使用しないでください。[正しい測定が行えないため]
2. 電極を使用した測定の場合、専用の血糖測定電極(FSプレジジョン血糖測定電極)並びに専用のβ-ケトン測定電極(β-ケトン測定電極Ⅲ)をご使用ください。他の電極を使用しないでください。[正しい結果が得られない可能性があるため]
3. 電極を使用した測定の場合、新鮮な全血が測定対象です。専用の電極の添付文書に記載された以外の検体を使用しないでください。(検体の種類に関する詳細は、専用の電極の添付文書を参照してください。)[正しい結果が得られない可能性があるため]
4. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と合わせて医師が総合的に判断してください。[診断の際には総合的な判断が必要であるため]
5. 測定結果により医師の指示なく経口薬又はインスリンの投与量を変更しないでください。[治療の変更は医師の指示に従う必要があるため]

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 構成

詳細は、取扱説明書「システムの概要」を参照してください。

FreeStyle リブレフラッシュグルコースモニタリングシステムは2つの主要な部品で構成されています:手のひらサイズのReaderと、上腕の後ろ側に装着する使い捨てセンサー。Readerを使って、ワイヤレスでセンサーをスキャンすることで、グルコース値を測定することができます(フラッシュグルコースモニタリング)。

また、Readerには、血糖及び血中ケトン体測定機能が備わっており、FSプレジジョン血糖測定電極及びβ-ケトン測定電極Ⅲを用いて測定することができます(電極を使用した測定)。

## (1) Readerキット

本キットには、電源アダプタ1個及びUSBケーブル1本が含まれています。



## ① タッチスクリーン

ホーム画面の表示  
センサーのグルコース測定値の表示  
血糖測定値、血中ケトン体測定値の表示  
コントロール測定値の表示  
測定履歴の表示、目標範囲内であった時間の表示、アラームの設定

## ② USBポート

Readerの充電及び、コンピューターへの接続に使用します。

## ③ 電極挿入口

ここに電極を挿入して測定機能を使用します。

## ④ ホームボタン

Readerの電源オン/オフ、ホーム画面を表示します。

## ⑤ 無線通信部

センサーをスキャンし、センサーに記憶されたグルコース値を非接触(誘導式読み書き通信設備13.56MHz)で読み取ります。

## ⑥ 外装

Readerの外装カバー

## (2) センサーキット

センサーに関する詳細は、センサーの添付文書を参照してください。

## 2. 寸法・質量

Readerのサイズ: 95 mm x 60 mm x 16 mm

Readerの質量: 65 g

## 3. 電源仕様

## (1) 電源

リチウムイオン充電電池 1個

## (2) 電磁両立性規格(EMC)への適合

IEC60601-1-2:2007の要求事項に適合します。

## (3) 電撃に対する保護の形式

内部電源機器

## 4. 作動・動作原理

## (1) フラッシュグルコースモニタリング

センサーを上腕の後ろ側に装着し、Readerで測定開始を設定すると、センサーは皮下間質液中のグルコース値を連続的に測定し、記録します。Readerのグルコース値を測定を選択し、センサーをスキャンすると、センサーに記録されたグルコース値がReaderにワイヤレスで送信され、グルコース値がReaderのタッチスクリーンに表示されます。本品は自己血糖測定による校正が不要です。

## (2) 酵素電極法

血液検体又はコントロール溶液を電極に付けると、グルコース又はケトン体が電極上の化学物質と反応します。測定器はこの反応によって生じた微弱な電流を測定します。測定結果はReaderのタッチスクリーンに表示されます。

## 5. 使用環境条件

Readerの操作温度範囲: 10 ~ 45°C

Readerの操作湿度範囲: 10 ~ 90% (結露のない状態)

測定機能を使用する場合の操作温度は、使用する電極の使用環境条件と同じです。電極の添付文書を参照してください。

## 6. 測定範囲

## (1) フラッシュグルコースモニタリング

測定範囲: 40 ~ 500 mg/dL

## (2) 酵素電極法

血糖測定範囲: 20 ~ 500 mg/dL

血中ケトン体測定範囲: 0.3 ~ 8.0 mmol/L (β-ヒドロキシ酪酸濃度)

ISO 15197:2013の分析性能の基準に適合します。

## 7. 専用電極

- FSプレジジョン血糖測定電極

- β-ケトン測定電極Ⅲ

## 【使用目的】

本品は、皮下に挿入したセンサーが間質液中のグルコース濃度を連続的に測定し、Readerでスキャンすることで、連続測定した間質液中グルコース濃度変動パターンを表示する。

本品から得られた間質液中グルコース濃度に関する情報は、自己血糖値測定間の血糖値トレンドを推定し、自己血糖値測定による糖尿病の血糖値管理を補助することを目的とする。

本品のReaderは、血糖値及び血液中のケトン体(β-ヒドロキシ酪酸)を測定する測定器として機能する。専用の血糖測定電極又はβ-ケトン測定電極と組み合わせて使用する。

## 【使用方法等】

## 1. Readerの設定

最初にシステムを使用する際に、Readerの設定を行ってください。日付と時刻を正しく設定することはとても重要です。これらの設定値が、Readerのデータと設定に影響を与えます。

(1) ホームボタンを押してReaderの電源を入れます。

(2) タッチスクリーン上の矢印で現在の日付を設定します。次へをタッチすると次に進みます。

(3) 現在の時刻を設定します。次へをタッチすると次に進みます。

(4) 目標グルコース値範囲を設定します。医師と相談して目標グルコース値範囲を決定してください。次へをタッチすると使用方法に関する2つのメッセージが表示されます。

(5) 完了をタッチすると設定が完了し、ホーム画面に戻ります。

設定の変更については、取扱説明書「Reader設定の変更」を参照してください。

## 2. 操作方法

詳細は、取扱説明書を参照してください。

## (1) フラッシュグルコースモニタリング

## センサーの装着

センサーは、必ず上腕の後ろ側に装着してください。

センサー装着の詳細については、センサーの添付文書を参照してください。

## センサーの起動

① ホームボタンを押してReaderの電源を入れます。

② 新しいセンサーを起動をタッチします。

③ センサーから4cm以内のところでReaderを持ち、スキャンします。これでセンサーが起動します。センサーは60分後からグルコース測定に使用できるようになります。

取扱説明書を必ずご参照ください。

センサーは、装着後 14 日間経過すると自動的に機能が停止します。センサーの取り外し及び交換方法については、取扱説明書又はセンサーの添付文書を参照してください。

### グルコース値の確認

- ① ホームボタンを押して Reader の電源を入れる、又はホーム画面から **グルコース値を測定** をタッチします。
- ② センサーから 4cm 以内のところで Reader を持ち、スキャンします。センサーはワイヤレスでグルコース値を Reader に送信します。タッチスクリーンに現在のグルコース値と連続するグルコース値のグラフが表示されます。

詳細は、取扱説明書「グルコース値の測定」を参照してください。

### メモの追加

グルコース値とともに、食事、運動、投薬に関する記録を保存することができます。

詳細は、取扱説明書「メモの追加」を参照してください。

### 履歴の確認

グルコース値履歴の確認及び理解は、グルコースコントロールを改善するための重要なツールです。Reader には約 90 日間の情報が保存され、いくつかの方法で、過去のグルコース値、記録、及びその他の情報を表示することができます。

詳細は、取扱説明書「履歴の確認」を参照してください。

### FreeStyle リプレソフトウェア

FreeStyle リプレソフトウェアは、レポートの表示や Reader 設定の変更で使用します。

詳細は、取扱説明書「FreeStyle リプレソフトウェア」を参照してください。

### (2) 電極を使用した測定

Reader には、測定機能が備わっており、血糖測定や血中ケトン体測定の実施、また、コントロール測定により測定器と電極の機能の確認を行うことができます。

センサーを装着していても、装着してなくても、測定機能を用いて血糖値及びケトン体値 ( $\beta$ -ヒドロキシ酪酸濃度) を測定することができます。測定機能を使用する前に、電極の添付文書を必ずお読みください。

#### 血糖及びケトン体測定

- ① 専用電極をホイル包装から取り出します。
- ② Reader の電極挿入口に電極の差込部分 (黒の三本線) を差し込みます。
- ③ 穿刺器具を用いて血液を採取し、電極の先端の白いターゲットエリアに付けます。
- ④ タッチスクリーンに測定結果が表示されます。

測定後は、石けんと水で、手と測定部位を洗い、良く乾かしてください。測定方法の詳細は、取扱説明書及び使用する電極の添付文書を参照してください。

#### コントロール測定

測定結果に疑問がある場合及び、Reader と電極が正常に機能していることを確認したい場合に、コントロール測定を実施してください。

詳細は、取扱説明書「コントロール測定」を参照してください。

### (3) Reader の充電


完全に充電された Reader の電池は、最長で 7 日間使用可能です。電池寿命は、使用状況によって異なります。電池残量が 1 日分の電池量になると、電池残量低下のメッセージが結果とともに表示されます。付属の USB ケーブルを、付属の電源アダプターを用いてコンセントに差し込んでください。USB の反対側を Reader の USB ポートに差し込んでください。

**注意:** 充電の際には必ず、電源アダプターが簡単に外せる場所を選択してください。

### (4) トラブルシューティング

Reader にエラーが生じると、エラーを解決するための指示と一緒にエラーメッセージが画面に表示されます。詳細は、取扱説明書「トラブルシューティング」を参照してください。

### 3. 使用方法に関連する使用上の注意

- Reader が正常に機能していないことが考えられる場合、Reader テストを行って確認してください。ホーム画面から設定シンボル  をタッチし、**システムのステータス** を選択、そのあと、**読取装置テスト** を選択します。**注:** Reader テストにより内部の診断を行い、画面、音、タッチスクリーンが正常に機能していることを確認できます。
- Reader を電源又はコンピューターにつないでいるときに測定機能を使用しないでください。
- システム使用時の電磁環境については、取扱説明書「電磁両立性」を確認してください。
- Reader を水又はその他の液体に浸けないでください。汚れ、埃、血液、コントロール溶液、水、又はその他の物質が USB ポート又は電極挿入口に付かないように気を付けてください。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

詳細は、取扱説明書を参照してください。

- FreeStyle リプレフラッシュグルコースモニタリングシステムは、間質液中のグルコース値の測定に用います。以下の状況においては、血糖測定機能を用いて測定を行い、本システムのセンサーによる現在のグルコース値を確認してください。
  - グルコース値が急速 (1分間に 2 mg/dL 以上) に変化している場合。センサーによって測定され、現在の値として報告された間質液中のグルコース値が正確に血糖値を反映していない場合があります。グルコース値が急速に低下するとき、センサーのグルコース値が血糖値よりも高くなる場合があります。逆に、グルコース値が急速に上昇するとき、センサーによるグルコース値が血糖値よりも低くなる場合があります。

- センサーにより得られた低血糖又は低血糖の可能性について確認する場合。
- FreeStyle リプレフラッシュグルコースモニタリングシステムの測定結果と一致しない症状がある場合、又は測定値の正確性に疑問がある場合。

問題が続く場合には、使用中のセンサーを新しいものと取り換えてください。それでも、グルコース値と自覚症状が一致しない場合には、医師にご相談ください。

- 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあるため、静脈血等の部位から採血した血液を用いて測定してください。
  - 脱水状態
  - ショック状態
  - 末梢循環障害
- FreeStyle リプレフラッシュグルコースモニタリングシステムには、飲み込むと危険な小さな部品が含まれています。
- 間質液と毛細血管との生理学的な違いにより、グルコース値に差が生じる場合があります。間質液と毛細血管とのグルコース値の違いは、食後、インスリン投与後、運動後などの、血糖が急速に変化しているときにみられる場合があります。
- 重度の脱水、過度の水分損失により、測定値が不正確になる場合があります。脱水症状が認められる場合には、**すぐに**医師に相談してください。
- システムの性能に対する影響が評価されていないため、X 線、MRI、CT スキャンなどの検査予約がある場合には、使用しているセンサーを取り外し、検査終了後に新しいものを装着してください。
- FreeStyle リプレフラッシュグルコースモニタリングシステムによるグルコース値が自覚症状と一致しない場合、センサーが緩んできていないかを確認してください。センサーの先端が皮膚から外れている場合、又はセンサーが緩んできている場合には、センサーを取り外し、新しいセンサーを装着してください。

#### エラーメッセージ

##### <フラッシュグルコースモニタリング>

- Reader に LO が表示された場合、測定値が 40 mg/dL より低いことを示します。HI が表示された場合は、測定値が 500 mg/dL より高いことを示します。メッセージボタンをタッチして詳細な情報を確認することができます。血糖測定電極を用いて指先の血糖値を確認してください。それでも LO 又は HI が表示された場合には、**すぐに**医師に連絡してください。

##### <電極を使用した測定>

- 血糖測定の際、Reader に LO が表示された場合、測定結果が 20 mg/dL より低いことを示しています。HI が表示された場合、測定結果が 500 mg/dL より高いことを示しています。メッセージボタンをタッチすると詳細情報が表示されます。血糖測定電極を使用して血糖を再度確認してください。再び LO 又は HI が表示された場合には、**すぐに**医師にご相談ください。
- ケトン体測定の際、Reader に HI が表示された場合、ケトン体値が 8.0 mmol/L を超えていることを示します。メッセージボタンをタッチすると詳細を確認できます。新しい電極で再度ケトン体測定を行ってください。再度 HI が表示される場合には、**すぐに**医師にご連絡ください。
- 血糖測定の際、E-4 が表示された場合、血糖値が高すぎて、システムの測定範囲を超えているか、又は、電極に問題がある可能性があります。新しい電極で再度測定を行ってください。再度 E-4 が表示された場合は、**すぐに**医師にご連絡ください。
- メッセージ又は測定結果について疑問がある場合、対処を行う前に医師に相談してください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

Reader の保管温度: -20 ~ 60 °C

##### 2. 耐用期間

3年 [自己認証 (当社データ) による]

#### 【保守・点検に係る事項】

保守・点検に関する詳細は、取扱説明書「メンテナンスと廃棄」を参照してください。

#### 使用者による保守点検事項

##### クリーニング

水で 10 倍に薄めた家庭用漂白剤で湿らせた布を用いて Reader の表面をやさしく拭いて、乾かしてください。

##### メンテナンス

FreeStyle リプレフラッシュグルコースモニタリングシステムには、修理可能な部品は含まれていません。

##### 廃棄

本製品は、電気機器、電池、とがっているもの、液体に暴露した可能性のある物質の廃棄に関する、地域の規制に従って廃棄してください。

#### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: アボット ジャパン株式会社

問合せ先: アボット ジャパン株式会社

お客様相談窓口

TEL: 0120-37-8055

\* 外国製造所: アボットダイアベティスケアインク

Abbott Diabetes Care Inc.

米国

© ABBOTT JAPAN CO., LTD. 2017 ART34947-001 Rev. A 03/17