

<u>Declaration of Conformity</u>	
Product Name(s)	FreeStyle Libre 3 Continuous Glucose Monitoring System (Sensor Kit)
Legal Manufacturer	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL United Kingdom
Authorised Representative	Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands
First Date of CE Mark	24 September 2020
GMDN	44611

<u>Intended Purpose</u>
The FreeStyle Libre 3 Continuous Glucose Monitoring System Sensor (“Sensor”) is used together with a compatible device to measure interstitial fluid glucose levels in people with diabetes mellitus and is designed to replace blood glucose testing in the self-management of diabetes, including dosing of insulin.

<u>Medical Device Regulation 2017/745</u>	
Basic UDI-DI	5021791FLS0003E3
Classification	IIb
Rule	10
Conformity Route	Annex IX
Notified Body	British Standards Institution (BSI)
Notified Body Identification No.	2797
EC Certificate	MDR 716262 R000

<u>Radio Equipment Directive 2014/53/EU</u>	
Harmonised Standards	EN 300 328 V2.2.2
Conformity Route	Module A

<u>Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU</u>	
Harmonised Standards	EN IEC 63000:2018

Abbott Diabetes Care hereby declare that the above-mentioned product is in conformity with the following legislative acts: <ul style="list-style-type: none"> • 2017/745 Medical Device Regulation • 2014/53/EU Radio Equipment Directive • 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive All supporting documentation is retained under the control of Abbott Diabetes Care Ltd. and made available for review upon request. This declaration is issued under the sole responsibility of, and signed on behalf of the legal manufacturer, Abbott Diabetes Care Ltd.
--

Декларация за съответствие

Име(на) на продукт(и)	FreeStyle Libre 3 – система за непрекъснато следене на глюкоза (комплект датчик)
Законен производител	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Обединено кралство
Упълномощен представител	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Холандия
Първа дата на маркировката CE:	8 септември 2020 г
GMDN	44611

Предназначение

Датчикът на системата за непрекъснато следене на глюкоза FreeStyle Libre 3 ("Датчик") се използва заедно със съвместимо устройство за измерване на нивата на глюкоза в тъканната течност при хора със захарен диабет и е предназначена да замени тестването на кръвната захар при самостоятелното лечение на диабет, включително дозирането на инсулин.

Регламент 2017/745 за медицинските изделия

Основен UDI-DI	5021791FLS0003E3
Класификация	IIb
Списък	10
Процедура за съответствие	Приложение IX
Нотифициран орган	British Standards Institution(BSI)
Регистрационен номер на нотифицирания орган	2797
Сертификат на ЕО	MDR 716262 R000

Директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията

Хармонизирани стандарти	EN 300 328 V2.2.2
Процедура за съответствие	Модул А

Директива 2011/65/ЕС за ограничаване на употребата на опасни вещества

Хармонизирани стандарти	EN IEC 63000:2018
-------------------------	-------------------

Abbott Diabetes Care с настоящото декларира, че споменатият по-горе продукт е в съответствие със следните законодателни актове:

- Регламент 2017/745 за медицинските изделия
- Директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията
- Директива 2011/65/ЕС за ограничаване на употребата на опасни вещества

Всичката поддържаща документация се пази под контрола на Abbott Diabetes Care Ltd. и се представя за преглед при поискване. Тази декларация се издава единствено под отговорността на и се подписва от името на законния производител, Abbott Diabetes Care Ltd.

Izjava o sukladnosti

Naziv(i) proizvoda	Sustav za kontinuirano praćenje glukoze u krvi FreeStyle Libre 3 (set s osjetnikom)
Zakoniti proizvođač	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Ujedinjena Kraljevina
Ovlašteni predstavnik	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nizozemska
Prvi datum oznake CE	8. rujna 2020.
GMDN	44611

Namjeravana svrha

Osjetnik sustava za kontinuirano praćenje glukoze u krvi FreeStyle Libre 3 („osjetnik“) upotrebljava se zajedno s kompatibilnim uređajem za mjerenje razina glukoze u intersticijalnoj tekućini u osoba s diabetesom mellitusom, a osmišljen je sa svrhom da zamijeni mjerenje glukoze u krvi kod samokontrole dijabetesa, uključujući doziranje inzulina.

Uredba 2017/745 o medicinskim proizvodima

Osnovni UDI-DI	5021791FLS0003E3
Razredba	IIb
Pravilo	10
Ruta usklađenosti	Dodatak IX
Prijavljeno tijelo	British Standards Institution (BSI)
Identifikacijski broj prijavljenog tijela	2797
Potvrda EZ-a	MDR 716262 R000

Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi

Usklađene norme	EN 300 328 V2.2.2
Ruta usklađenosti	Modul A

Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe opasnih tvari

Usklađene norme	EN IEC 63000:2018
-----------------	-------------------

Abbott Diabetes Care ovime izjavljuje da je gore navedeni proizvod sukladan sa sljedećim zakonodavnim aktima:

- Uredba 2017/745 o medicinskim proizvodima
- Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi
- Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe opasnih tvari

Sva se prateća dokumentacija nalazi pod kontrolom tvrtke Abbott Diabetes Care Ltd., a na uvid se stavlja na zahtjev. Ova se izjava izdaje pod isključivom odgovornošću zakonitog proizvođača, Abbott Diabetes Care Ltd.

<u>Prohlášení o shodě</u>	
Název (Názvy) produktu(ů)	FreeStyle Libre 3 Bleskový monitorovací systém glukózy (sada se senzorem)
Autorizovaný výrobce	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Spojené království
Autorizovaný zástupce	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nizozemí
Začátek označení CE:	8. září 2020
GMDN	44611

<u>Zamýšlený účel</u>
Bleskový monitorovací systém glukózy (sada se senzorem) FreeStyle Libre 3 ("senzor") se používá s kompatibilním zařízením k měření hladin glukózy v intersticiální tekutině u lidí s diabetes mellitus a je navržen jako náhrada za testování glukózy v krvi při léčbě cukrovky, včetně dávkování inzulínu.

<u>Směrnice o lékařských zařízeních 2017/745</u>	
Základní UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klasifikace	IIb
Pravidlo	10
Postup posuzování shody	Příloha IX
Notifikovaná osoba	British Standards Institution (BSI)
Identifikační číslo notifikované osoby	2797
Osvědčení ES	MDR 716262 R000

<u>Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních</u>	
Harmonizované normy	EN 300 328 V2.2.2
Postup posuzování shody	Modul A

<u>Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek</u>	
Harmonizované normy	EN IEC 63000:2018

Společnost Abbot Diabetes Care tímto prohlašuje, že výš uvedený produkt je v souladu s následujícími zákony: <ul style="list-style-type: none"> • Směrnice o lékařských zařízeních 2017/745 • Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních • Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek Veškerá podpurná dokumentace je uchovávána pod kontrolou společnosti Abbott Diabetes Care Ltd. a je k dispozici k přezkoumání na vyžádání. Odpovědnost za toto prohlášení nese výhradně zákonný zástupce Abbott Diabetes Care Ltd.

Overensstemmelseserklæring

Produkt navn(e)	FreeStyle Libre 3 kontinuerligt glukoseovervågningssystem (sensorsæt)
Juridisk producent	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Storbritannien
Autoriseret repræsentant	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nederlandene
Start på CE-mærkning	8. september 2020
GMDN	44611

Tilsigtede formål

FreeStyle Libre 3 kontinuerligt glukoseovervågningssystemets sensor (Sensor) anvendes sammen med en kompatibel enhed til at måle interstitialvæskens glukoseniveauer hos personer med diabetes mellitus og er beregnet til at erstatte blodglukosetestning i selvstyret behandling af diabetes, inklusive dosering af insulin.

Forordning om medicinsk udstyr 2017/745

Basal UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klassificering	IIb
Regel	10
Overensstemmelsesrute	Bilag IX
Godkendelsesorgan	British Standards Institution (BSI)
Godkendelsesorganets registreringsnr.	2797
EU-certifikat	MDR 716262 R000

Radioudstyr, direktiv 2014/53/EU

Harmoniserede standarder	EN 300 328 V2.2.2
Overensstemmelsesrute	Modul A

Begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer, direktiv 2011/65/EU

Harmoniserede standarder	EN IEC 63000:2018
--------------------------	-------------------

Abbott Diabetes Care erklærer hermed, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende rådsdirektiver:

- 2017/745 forordningen om medicinsk udstyr
- 2014/53/EU direktivet om radioudstyr
- 2011/65/EU direktivet om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer

Al støttedokumentation opbevares under styring af Abbott Diabetes Care Ltd. og gøres tilgængelig for gennemsyn efter anmodning. Denne erklæring udgives under den juridiske producents eneansvar. Abbott Diabetes Care Ltd. er den juridiske producent.

CEDEC125 REV-C

EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

<u>Conformiteitsverklaring</u>	
Naam product(en)	FreeStyle Libre 3 continu-glucosecontrolesysteem (sensorkit)
Juridisch producent	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Verenigd Koninkrijk
Geautoriseerd vertegenwoordiger	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nederland
Begin CE-markering	8 september 2020
GMDN	44611

<u>Beoogd doel</u>
De sensor van het FreeStyle Libre 3 continu-glucosecontrolesysteem ('sensor') wordt samen met een compatibele inrichting gebruikt om het glucoseniveau in interstitiële vloeistof te meten bij mensen met diabetes mellitus en is ontworpen ter vervanging van het testen van de bloedglucose bij zelfbeheer van diabetes, inclusief het doseren van insuline.

<u>Verordening Medische hulpmiddelen 2017/745</u>	
Basis UDI-DI	5021791FLS0003E3
Classificatie	IIb
Regel	10
Conformiteit (route)	Bijlage IX
Aangemelde instantie	British Standards Institution (BSI)
Identificatienummer aangemelde instantie	2797
EG-certificaat	MDR 716262 R000

<u>Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU</u>	
Geharmoniseerde standaarden	EN 300 328 V2.2.2
Conformiteit (route)	Module A

<u>Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen</u>	
Geharmoniseerde standaarden	EN IEC 63000:2018

<p>Abbott Diabetes Care verklaart hierbij dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met de volgende wetgevingsbesluiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verordening Medische hulpmiddelen 2017/745 • Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU • Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen <p>Alle ondersteunende documentatie wordt bewaard onder beheer van Abbott Diabetes Care Ltd. en is op aanvraag beschikbaar voor controle. Deze verklaring wordt uitgegeven onder eindverantwoordelijkheid van de juridisch producent, Abbott Diabetes Care Ltd.</p>
--

Vastavusdeklaratsioon

Tootenimi/-nimed	Pidev glükoosisalduse jälgimise süsteem FreeStyle Libre 3 (anduri komplekt)
Ametlik tootja	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Ühendkuningriik
Volitatud esindaja	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Holland
CE-märgise esmane kuupäev	8. september 2020
GMDN	44611

Ettenähtud kasutusotstarve

Glükoosisalduse jälgimise süsteemi andurit FreeStyle Libre 3 („andur“) kasutatakse koos sellega ühilduva seadmega interstitsiaalse vedeliku glükoosisalduse jälgimiseks mellitidiabeediga isikutel ning see on ette nähtud vere glükoosisalduse mõõtmise asendamiseks endal diabeedi ravimisel, sealhulgas insuliini annustamisel.

Meditsiiniseadmete määrus 2017/745

UDI-DI põhikood	5021791FLS0003E3
Klassifikatsioon	IIb
Reegel	10
Vastavuskontrolli meetod	IX lisa
Teavitatud asutus	British Standards Institution (BSI)
Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber	2797
EÜ sertifikaat	MDR 716262 R00

Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL

Ühtlustatud standardid	EN 300 328 V2.2.2
Vastavuskontrolli meetod	Moodul A

Ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev direktiiv 2011/65/EL

Ühtlustatud standardid	EN IEC 63000:2018
------------------------	-------------------

Abbott Diabetes Care deklareerib käesolevaga, et eelnimetatud toode vastab järgmistele õigusaktidele:

- Meditsiiniseadmete määrus 2017/745
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv;
- 2011/65/EL – ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev direktiiv.

Kõik toetavad dokumendid on ettevõtte Abbott Diabetes Care Ltd. valduses ja need tehakse nõudmisel ülevaatamiseks kättesaadavaks. Käesoleva deklaratsiooni väljastamise eest vastutab ainuisikuliselt ametlik tootja Abbott Diabetes Care Ltd. ja see on allkirjastatud tootja nimel..

<u>Vaatimustenmukaisuusvakuutus</u>	
Tuotenimi/-nimet	Jatkuvatoiminen FreeStyle Libre 3 -glukoosimittausjärjestelmä (sensorisarja)
Laillinen valmistaja	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Yhdistynyt kuningaskunta
Valtuutettu edustaja	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Alankomaat
CE-merkin ensimmäinen päivämäärä	8. syyskuuta 2020
GMDN	44611

<u>Käyttötarkoitus</u>
Jatkuvatoimisen FreeStyle Libre 3 -glukoosimittausjärjestelmän sensoria ("sensori") käytetään yhdessä yhteensopivan laitteen kanssa diabetesta sairastavien henkilöiden kudoksen glukoosimäärien mittaamiseen, ja se on suunniteltu korvaamaan glukoositestit, joita käytetään diabeteksen itsehoitossa, mukaan lukien insuliinin annostelu.

<u>Lääkintälaitteasetus 2017/745</u>	
Perus-UDI-DI	5021791FLS0003E3
Luokitus	IIb
Sääntö	10
Vaatimustenmukaisuusmenettely	Liite IX
Ilmoitettu laitos	British Standards Institution (BSI)
Ilmoitetun laitoksen rekisteröintinumero	2797
EY-todistus	MDR 716262 R00

<u>Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU</u>	
Yhdenmukaistetut standardit	EN 300 328 V2.2.2
Vaatimustenmukaisuusmenettely	Moduuli A

<u>Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi 2011/65/EU</u>	
Yhdenmukaistetut standardit	EN IEC 63000:2018

Abbott Diabetes Care vakuuttaa täten, että edellä mainittu tuote on seuraavien neuvoston direktiivien vaatimusten mukainen:

- lääkitälaiteasetus 2017/745
- radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
- vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi 2011/65/EU

Kaikkia tukiasiakirjoja säilytetään Abbott Diabetes Care Ltd:n hallinnassa, ja ne ovat saatavilla pyynnöstä. Tämä vakuutus on annettu laillisen valmistajan Abbott Diabetes Care Ltd:n yksinomaisella vastuulla ja allekirjoitettu sen puolesta.

Déclaration de conformité

Nom(s) du produit	Système de surveillance instantanée de la glycémie (kit de détection) FreeStyle Libre 3
Fabricant légal	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Royaume-Uni
Représentant autorisé	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Pays-Bas
Début du marquage CE	8 septembre 2020
GMDN	44611

Application prévue

Le détecteur du système de surveillance de la glycémie instantanée (« Détecteur ») FreeStyle Libre 3 est utilisé avec un lecteur compatible pour surveiller la glycémie du liquide interstitiel chez les personnes atteintes de diabète sucré. Il est conçu pour remplacer les tests de glycémie dans l'autogestion du diabète, y compris le dosage de l'insuline.

Règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

IUD-ID de base	5021791FLS0003E3
Classification	IIb
Réglementation	10
Voie de conformité	Annexe IX
Organisme notifié	British Standards Institution (BSI)
No d'immatriculation de l'organisme notifié	2797
Certificat CE	MDR 716262 R000

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio

Normes harmonisées	EN 300 328 V2.2.2
Voie de conformité	Module A

Directive 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses

Normes harmonisées	EN IEC 63000:2018
--------------------	-------------------

Abbott Diabetes Care déclare par la présente que le produit susmentionné est conforme aux directives suivantes du Conseil :

- Règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses

Tous les documents à l'appui sont conservés sous le contrôle d'Abbott Diabetes Care Ltd. et sont disponibles pour consultation sur demande. Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant légal, Abbott Diabetes Care Ltd.

<u>Konformitätserklärung</u>	
Produktname(n)	System FreeStyle Libre 3 zur fortlaufenden Blutzuckerüberwachung (Sensor Kit)
Verantwortlicher Hersteller	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Vereinigtes Königreich
Bevollmächtigter Vertreter	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Niederlande
Erstmalige CE-Kennzeichnung	8. September 2020
GMDN	44611

<u>Verwendungszweck</u>
Der Sensor des Systems FreeStyle Libre 3 zur zur fortlaufenden Blutzuckerüberwachung („Sensor“) wird zusammen mit einem kompatiblen Gerät zur Messung des Blutzuckerspiegels in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen mit Diabetes mellitus eingesetzt und soll die Blutzuckermessung im Rahmen des Selbstmanagements von Diabetes – einschließlich der Insulindosierung – ersetzen.

<u>Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte</u>	
Basis-UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klassifizierung	IIb
Regel	10
Konformitäts-Route	Anhang IX
Notifizierte Stelle	British Standards Institution (BSI)
Notifizierte Stelle: Identifizierungs.-Nr.	2797
EG-Erklärung	MDR 716262 R000

<u>Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU</u>	
Harmonisierte Normen	EN 300 328 V2.2.2
Konformitäts-Route	Modul A

<u>Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe 2011/65/EU</u>	
Harmonisierte Normen	EN IEC 63000:2018

Abbott Diabetes Care erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt in Übereinstimmung mit den folgenden Rechtsakten ist:

- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
- Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU
- Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe 2011/65/EU

Sämtliche Begleitdokumente werden unter der Kontrolle von Abbott Diabetes Care Ltd. aufbewahrt und auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des verantwortlichen Herstellers Abbott Diabetes Care Ltd. abgegeben.

Δήλωση συμμόρφωσης

Όνομασία/ες προϊόντος/ων	Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης FreeStyle Libre 3 (Κιτ αισθητήρα)
Κατασκευαστής κατά το νόμο	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Ηνωμένο Βασίλειο
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Ολλανδία
Έναρξη σήμανσης CE	8 Σεπτεμβρίου 2020
GMDN	44611

Σκοπός για τον οποίο προορίζεται

Ο αισθητήρας του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης FreeStyle Libre 3 («Αισθητήρας») χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατή συσκευή για τη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης στο διάμεσο υγρό σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και είναι σχεδιασμένος να αντικαθιστά τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, στην αυτοδιαχείριση του διαβήτη, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης ινσουλίνης.

Κανονισμός 2017/745 για τις ιατρικές συσκευές

Βασικό UDI-DI	5021791FLS0003E3
Ταξινόμηση	IIb
Κανόνας	10
Διαδρομή αξιολόγησης πιστότητας	Παράρτημα IX
Κοινοποιημένος οργανισμός	British Standards Institution (BSI)
Αρ. αναγνώρισης κοινοποιημένου οργανισμού	2797
Πιστοποιητικό EK	MDR 716262 R000

Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό

Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 300 328 V2.2.2
Διαδρομή αξιολόγησης πιστότητας	Ενότητα A

Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών

Εναρμονισμένα πρότυπα	EN IEC 63000:2018
-----------------------	-------------------

Η Abbott Diabetes Care δηλώνει δια του παρόντος ότι το προαναφερθέν προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις εξής νομοθετικές πράξεις:

- Κανονισμός 2017/745 για τις ιατρικές συσκευές
- Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό
- Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών

Όλη η υποστηρικτική τεκμηρίωση φυλάσσεται υπό τον έλεγχο της Abbott Diabetes Care Ltd. και είναι διαθέσιμη για έλεγχο, εφόσον ζητηθεί. Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή κατά το νόμο, Abbott Diabetes Care Ltd. και υπογράφεται εκ μέρους της.

CEDEC125 REV-C

EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

<u>Megfelelőségi nyilatkozat</u>	
Termék megnevezése(i)	FreeStyle Libre 3 folyamatos vércukor monitorozó rendszer (Szenzor készlet)
Törvényes gyártó	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Egyesült Királyság
Meghatalmazott képviselő	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Hollandia
CE megjelölés első kiadásának dátuma	2020. szeptember 8.
GMDN	44611

<u>Rendeltetésszerű használat</u>
A FreeStyle Libre 3 folyamatos vércukor monitorozó rendszer („Szenzor”) egy olyan szenzor, amely kompatibilis leolvasóval együtt használva lehetővé teszi a cukorbetegségben szenvedők számára az intersticiális folyadék glükóz-szintjének mérését, célja pedig a vércukorszint vizsgálat helyettesítése a cukorbetegség önkezelésénél, az inzulin adagolását is ideértve.

<u>Orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 rendelet</u>	
Az eszközmodell elsődleges azonosítója	5021791FLS0003E3
Besorolás	IIb
Felsorolás	10
Tanúsítási eljárás	IX. melléklet
Kijelölt szervezet	British Standards Institution (BSI, Brit Szabványügyi Intézet)
Kijelölt szervezet regisztrációs száma	2797
EK tanúsítvány	MDR 716262 R00

<u>Rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv</u>	
Harmonizált szabványok	EN 300 328 V2.2.2
Tanúsítási eljárás	A. modul

<u>2011/65/EU irányelv a veszélyes anyagok korlátozásáról</u>	
Harmonizált szabványok	EN IEC 63000:2018

Az Abbott Diabetes Care ezúton kijelenti, hogy a fent említett termék megfelel az alábbi szabályozási előírásoknak:

- 2017/745 rendelet az orvostechnikai eszközökről
- 2014/53/EU rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó irányelv
- 2011/65/EU irányelv a veszélyes anyagok korlátozásáról

Az összes mellékelt dokumentáció az Abbott Diabetes Care Ltd. ellenőrzése alatt marad, és kérésre megtekinthető. A jelen nyilatkozatot a törvényes gyártó, az Abbott Diabetes Care Ltd. adta ki kizárólagos felelősségére, és a vállalat erre jogosult képviselője írta alá.

<u>Dearbhú Comhréireachta</u>	
Ainm táirge/táirgí	Córas Monatóireachta Glúcóis leanúnach FreeStyle Libre 3 (Trealamh Braiteora)
Monaróir dleathach	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL An Ríocht Aontaithe
Ionadaí údaraithe	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp An Ísiltír
Dáta tús feidhme Mharcáil CE	8 Meán Fómhair 2020
GMDN	44611

<u>Cuspóir beartaithe</u>
Úsáidtear Braiteoir an Chórais Monatóireachta Glúcóis leanúnach FreeStyle Libre 3 (“Braiteoir”) in éineacht le gléas comhoiriúnach chun leibhéal ghlúcóis sa sreabhán scáineach a thomhas i gcás daoine a bhfuil diabetes mellitus orthu. Dearadh an córas lena úsáid in ionad tástáil ghlúcós fola i bhféinbhainistíocht diaibéitis, lena n-áirítear dáileadh insline.

<u>Rialachán 2017/745 maidir le Feistí Leighis</u>	
SF-SFU Bunúsach	5021791FLS0003E3
Aicmiú	IIb
Riail	10
Modh measúnaithe comhréireachta	Iarscríbhinn IX
Comhlacht ar tugadh fógra dó	British Standards Institution (BSI)
Uimhir chláráithe an Chomhlachta ar tugadh fógra dó	2797
Deimhniú CE	MDR 716262 R000

<u>Treoir 2014/53/AE maidir le Trealamh Raidió</u>	
Caighdeán Chomhchuibhithe	EN 300 328 V2.2.2
Modh measúnaithe comhréireachta	Modúl A

<u>Treoir 2011/65/AE maidir le Srian ar Shubstaintí Guaiseacha</u>	
Caighdeán Chomhchuibhithe	EN IEC 63000:2018

Dearbhaíonn Abbott Diabetes Care leis seo go bhfuil an táirge thuasluaite i gcomhréir leis na gníomhartha reachtacha seo a leanas:

- Rialachán 2017/745 maidir le Feistí Leighis
- Treoir 2014/53/AE maidir le Trealamh Raidió
- Treoir 2011/65/AE maidir le Srian ar Shubstaintí Guaiseacha

Caomhnaítear gach doiciméad tacaíochta faoi rialú Abbott Diabetes Care Ltd. agus cuirfear ar fáil iad ach iad a iarraidh. Faoi fhreagracht an mhonaróra dhleathaigh Abbott Diabetes Care Ltd., agus faoina fhreagracht sin amháin, a eisítear an dearbhú seo agus a sínítear thar a cheann é.

<u>Dichiarazione di conformità</u>	
Nome del prodotto	FreeStyle Libre 3 Sistema di monitoraggio continuo della glicemia (kit sensore)
Produttore legale	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Regno Unito
Rappresentante autorizzato	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Paesi Bassi
Data di inizio della marcatura CE	8 settembre 2020
GMDN	44611

<u>Scopo previsto</u>
Il sensore del sistema di monitoraggio continuo del glucosio FreeStyle Libre 3 (“Sensore”) si utilizza insieme a un dispositivo compatibile per misurare i livelli di glucosio nel liquido interstiziale in persone con diabete mellito ed è progettato per sostituire i test per la glicemia con prelievo di sangue nell’autogestione del diabete, comprese le iniezioni di insulina.

<u>Regolamento sui dispositivi medici 2017/745</u>	
UDI-DI di base	5021791FLS0003E3
Classificazione	IIb
Regola	10
Percorso di conformità	Allegato IX
Ente notificato	British Standards Institution (BSI)
N. di identificazione ente notificato	2797
Certificato CE	MDR 716262 R00

<u>Direttiva RED 2014/53/UE</u>	
Standard armonizzati	EN 300 328 V2.2.2
Percorso di conformità	Modulo A

<u>Direttiva 2011/65/EU sulla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature</u>	
Standard armonizzati	EN IEC 63000:2018

Con la presente Abbott Diabetes Care dichiara che il prodotto summenzionato è conforme alle seguenti direttive:

- Regolamento sui dispositivi medici 2017/745
- Direttiva RED 2014/53/UE
- Direttiva 2011/65/EU sulla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature

Tutta la documentazione giustificativa è conservata da Abbott Diabetes Care Ltd. ed è disponibile per la consultazione su richiesta. Questa dichiarazione è emessa sotto esclusiva responsabilità del produttore legale, Abbott Diabetes Care Ltd..

CEDEC125 REV-C

EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

Atbilstības deklarācija

Produkts	FreeStyle Libre 3 glikozes līmeņa asinīs pastāvīgas uzraudzības sistēma (sensora komplekts)
Likumīgais ražotājs	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Apvienotā Karaliste
Pilnvarotais pārstāvis	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nīderlande
CE zīmes piešķiršanas datums	2020. gada 8. septembris
GMDN	44611

Paredzētais lietojums

FreeStyle Libre 3 glikozes līmeņa asinīs pastāvīgas uzraudzības sistēmas sensors ("Sensors") tiek izmantots kopā ar saderīgu ierīci, lai mērītu glikozes līmeni starpsūnu šķidrumā cilvēkiem ar cukura diabētu, un ir paredzēts glikozes līmeņa pārbaudes asinīs aizstāšanai diabēta paškontroles, tostarp insulīna dozēšanas, laikā.

Medicīnisko ierīču regula (ES) 2017/745

Pamata UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klasifikācija	II b
Noteikums	10
Atbilstības novērtēšanas metode	IX pielikums
Pilnvarotā iestāde	British Standards Institution (BSI)
Pilnvarotās iestādes reģistrācijas Nr.	2797
EK sertifikāts	MDR 716262 R000

Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES

Harmonizēti standarti	EN 300 328 V2.2.2
Atbilstības novērtēšanas metode	A modulis

Bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanas direktīva 2011/65/ES

Harmonizēti standarti	EN IEC 63000:2018
-----------------------	-------------------

Abbott Diabetes Care ar šo paziņo, ka iepriekš minētais produkts atbilst tālāk norādīto tiesību aktu prasībām:

- Medicīnisko ierīču regula (ES) 2017/745
- Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES.
- Bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanas direktīva 2011/65/ES.

Visas apstiprinošās dokumentācijas glabāšanu kontrolē Abbott Diabetes Care Ltd., un tā ir pieejama izskatīšanai pēc pieprasījuma. Par šo deklarāciju ir atbildīgs vienīgi likumīgais ražotājs Abbott Diabetes Care Ltd., un tā ir parakstīta norādītā likumīgā ražotāja vārdā.

Atitikties deklaracija

Gaminio pavadinimas (-ai)	Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema „FreeStyle Libre 3“ (jutiklio rinkinys)
Teisėtas gamintojas	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Jungtinė Karalystė
Įgaliotasis atstovas	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nyderlandai
CE ženklavimo pradžios data	2020 m. rugsėjo 8 d.
GMDN	44611

Numatyta paskirtis

Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos „FreeStyle Libre 3“ jutiklis yra naudojamas kartu su suderinamu prietaisu intersticinio skysčio gliukozės lygiui žmonėse, sergančiuose cukriniu diabetu, matuoti. Šiuo būdu siekiama pakeisti gliukozės kiekio kraujyje matavimą savarankiškai valdant diabetą, įskaitant insulino dozavimą.

Reglamentas 2017/745 dėl medicinos priemonių

Bazinis UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klasė	IIb
Taisyklė	10
Atitikties įvertinimo procedūra	IX priedas
Notifikuotoji įstaiga	British Standards Institution (BSI)
Notifikuotosios įstaigos identifikavimo Nr.	2797
EB sertifikatas	MDR 716262 R000

Radio ryšio įrenginių direktyva 2014/53/ES

Darnieji standartai	EN 300 328 V2.2.2
Atitikties įvertinimo procedūra	A modulis

Pavojingųjų medžiagų ribojimo direktyva 2011/65/ES

Darnieji standartai	EN IEC 63000:2018
---------------------	-------------------

„Abbott Diabetes Care“ pareiškia, kad pirmiau minėtas gaminys atitinka šiuos teisės aktus:

- Reglamentą 2017/745 dėl medicinos priemonių.
- Direktyvą 2014/53/ES dėl radio ryšio įrenginių.
- Direktyvą 2011/65/ES dėl pavojingųjų medžiagų ribojimo.

„Abbott Diabetes Care Ltd.“ saugo visus patvirtinamuosius dokumentus ir gali juos pateikti gavusi užklausa. Ši deklaracija išduota tik teisėto gamintojo „Abbott Diabetes Care Ltd.“ atsakomybe ir pasirašyta jo vardu.

Dikjarazzjoni ta' Konformità

Isem (Ismijiet) tal-Prodott	Sistema ta' Monitoraġġ Kontinwu tal-Glukożju FreeStyle Libre 3 (Kit tas-Sensur)
Manifattur Legali	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Ir-Renju Unit
Reprezentant Awtorizzat	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp L-Olanda
L-Ewwel Data tal-Marka CE	8 ta' Settembru 2020
GMDN	44611

Għan Maħsub

Is-sensur tas-Sistema ta' Monitoraġġ Kontinwu tal-Glukożju FreeStyle Libre 3 ("Sensur") huwa użat flimkien ma' tagħmir kompatibbli biex jiġu mkejla l-livelli tal-glukożju fluwidu interstizjali f'persuni bid-dijabete mellitus u huwa ddisinjat biex jissostitwixxi l-ittestjar tal-glukożju fid-demm fl-awtoġestjoni tad-dijabete, inkluż id-dosaġġ tal-insulina.

Regolament dwar Tagħmir Mediku 2017/745

UDI-DI Bażiku	5021791FLS0003E3
Klassifikazzjoni	IIb
Regola	10
Rotta ta' Konformità	Anness IX
Korp Notifikat	British Standards Institution (BSI)
Nru. ta' Identifikazzjoni tal-Korp Notifikat	2797
Ċertifikat KE	MDR 716262 R00

Direttiva tat-Tagħmir tar-Radju 2014/53/UE

Standards Armonizzati	EN 300 328 V2.2.2
Rotta ta' Konformità	Modulu A

Direttiva tar-Restrizzjoni ta' Sustanzi Perikolużi 2011/65/UE

Standards Armonizzati	EN IEC 63000:2018
-----------------------	-------------------

Abbott Diabetes Care hawnhekk tiddikjara li l-prodott(i) hawn fuq imsemmija huwa(huma)

f'konformità mal-atti leġiżlattivi li jmissu:

- 2017/745 Regolament dwar Tagħmir Mediku
- 2014/53/UE Direttiva tat-Tagħmir tar-Radju
- 2011/65/UE Direttiva tar-Restrizzjoni ta' Sustanzi Perikolużi

Id-dokumentazzjoni ta' appoġġ kollha tinżamm taħt il-kontroll ta' Abbott Diabetes Care Ltd. u issir disponibbli għal reviżjoni meta tintalab. Din id-dikjarazzjoni hija maħruġa taħt ir-reponsabbiltà unika tal-manifattur legali, Abbott Diabetes Care Ltd.

<u>Deklaracja zgodności</u>	
Nazwa/-y produktu/-ów	System ciągłego monitorowania glikemii FreeStyle Libre 3 (zestaw czujnika)
Legalny producent	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Wielka Brytania
Upoważniony przedstawiciel	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Holandia
Pierwsza data oznakowania CE	8 września 2020 r.
GMDN	44611

<u>Przeznaczenie</u>
Czujnik systemu ciągłego monitorowania glikemii FreeStyle Libre 3 („Czujnik”) jest stosowany w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem do monitorowania pomiaru glukozy w płynie śródmiąższowym u pacjentów z cukrzycą i został opracowany na potrzeby zastąpienia badania glikemii w samokontroli cukrzyca obejmującej również dawkowanie insuliny.

<u>Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych</u>	
Kod Basic UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klasyfikacja	IIb
Zasada	10
Określenie metody certyfikacji	Aneks IX
Jednostka notyfikowana	British Standards Institution (BSI)
Nr rejestracyjny jednostki notyfikowanej	2797
Certyfikat WE	MDR 716262 R00

<u>Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca urządzeń radiowych</u>	
Normy zharmonizowane	EN 300 328 V2.2.2
Określenie metody certyfikacji	Moduł A

<u>Dyrektywa 2011/65/UE dotycząca ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w elektronice</u>	
Normy zharmonizowane	EN IEC 63000:2018

Firma Abbott Diabetes Care niniejszym oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami Rady: <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych • Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca urządzeń radiowych • Dyrektywa 2011/65/UE dotycząca ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w elektronice Cała dokumentacja pomocnicza jest przechowywana pod kontrolą firmy Abbott Diabetes Care Ltd. i udostępniana do wglądu na żądanie. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność legalnego producenta, firmy Abbott Diabetes Care Ltd.
--

CEDEC125 REV-C
EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

Declaração de conformidade

Nome(s) do(s) produto(s)	Sistema de Monitorização Contínua de Glicose (Kit do Sensor) FreeStyle Libre 3
Fabricante legal	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Reino Unido
Representante autorizado	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Países Baixos
Início da marcação CE	8 de setembro de 2020
GMDN	44611

Finalidade prevista

O Sensor do Sistema de Monitorização Contínua de Glicose FreeStyle Libre 3 (“Sensor”) é utilizado em conjunto com um dispositivo compatível para medir os níveis de glicose no líquido intersticial em indivíduos com diabetes *mellitus* e destina-se a substituir os testes de glicemia na autogestão da diabetes, incluindo a dosagem de insulina.

Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos

UDI-DI básico	5021791FLS0003E3
Classificação	IIb
Regra	10
Via de conformidade	Anexo IX
Organismo notificado	British Standards Institution (BSI)
N.º de registo do organismo notificado	2797
Certificado CE	MDR 716262 R000

Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio

Normas harmonizadas	EN 300 328 V2.2.2
Via de conformidade	Módulo A

Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas

Normas harmonizadas	EN IEC 63000:2018
---------------------	-------------------

A Abbott Diabetes Care declara pela presente que o produto acima referido está em conformidade com os seguintes atos legislativos:

- Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos
- Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio
- Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas

Toda a documentação de apoio permanece sob controlo da Abbott Diabetes Care Ltd. e está disponível para consulta mediante solicitação. Esta declaração é publicada sob a exclusiva responsabilidade e assinada em nome do fabricante legal, Abbott Diabetes Care Ltd.

CEDEC125 REV-C

EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

<u>Declarație de conformitate</u>	
Denumire(i) produs	FreeStyle Libre 3 – Sistem de monitorizare continuă a glicemiei (kit senzor)
Fabricant legal	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Regatul Unit
Reprezentant autorizat	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Olanda
Începutul marcării CE	8 septembrie 2020
GMDN	44611

<u>Scop prevăzut</u>	
Senzorul sistemului de monitorizare continuă a glicemiei FreeStyle Libre 3 („Senzorul”) se utilizează împreună cu un dispozitiv compatibil, pentru monitorizarea concentrațiilor de glucoză în lichidul interstițial la persoanele cu diabet zaharat de tip II, și este destinat înlocuirii testării glucozei sanguine în autogestionarea diabetului, inclusiv dozarea insulinei.	

<u>Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale</u>	
UDI-DI de bază	5021791FLS0003E3
Clasificare	IIb
Regula	10
Cale de conformitate	Anexa IX
Organism notificat	British Standards Institution (BSI)
Nr. înregistrare organism notificat	2797
Certificat CE	MDR 716262 R00

<u>Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio</u>	
Standarde armonizate	EN 300 328 V2.2.2
Cale de conformitate	Modulul A

<u>Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase</u>	
Standarde armonizate	EN IEC 63000:2018

Abbott Diabetes Care declară prin prezenta că produsul menționat mai sus se află în conformitate cu următoarele acte legislative:

- Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale
- Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio
- Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase

Toate documentele justificative sunt reținute sub controlul Abbott Diabetes Care Ltd. și vor fi puse la dispoziție la cerere, pentru consultare. Prezenta declarație este emisă sub răspunderea exclusivă a și semnată în numele fabricantului legal, Abbott Diabetes Care Ltd.

Vyhlasenie o zhode

Názov produktu/produktov	FreeStyle Libre 3, systém na nepretržité sledovanie glykémie (súprava so snímačom)
Zákonom oprávnený výrobca	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Spojené kráľovstvo
Autorizovaný zástupca	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Holandsko
Dátum prvého udelenia označenia CE	8. septembra 2020
GMDN	44611

Zamýšľané použitie

Snímač systému FreeStyle Libre 3 na neinvazívne sledovanie glykémie (ďalej len „snímač“) sa spolu s kompatibilným zariadením používa na meranie glykémie v intersticiálnej tekutine u pacientov s diabetom mellitus a slúži ako náhrada merania hladiny cukru v krvi pri liečbe diabetu pacientom vrátane dávkovania inzulínu.

Nariadenie 2017/745 o zdravotníckych pomôckach

Základné UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klasifikácia	IIb
Pravidlo	10
Trasa zhody	Príloha IX
Notifikovaný orgán	British Standards Institution (BSI)
Registračné č. notifikovaného orgánu	2797
Certifikát CE	MDR 716262 R000

Smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach

Harmonizované normy	EN 300 328 V2.2.2
Trasa zhody	Modul A

Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení nebezpečných látok

Harmonizované normy	EN IEC 63000:2018
---------------------	-------------------

Spoločnosť Abbott Diabetes Care týmto vyhlasuje, že vyššie uvedený produkt je v súlade s nasledujúcimi smernicami Rady:

- Nariadenie 2017/745 o zdravotníckych pomôckach
- Smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach
- Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení nebezpečných látok

Všetkou uvedenou dokumentáciou disponuje spoločnosť Abbott Diabetes Care Ltd. a je k dispozícii na požiadanie. Toto vyhlásenie sa vystavuje výhradne na zodpovednosť zákonom oprávneného výrobcu, spoločnosti Abbott Diabetes Care Ltd.

CEDEC125 REV-C

EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

Izjava o skladnosti

Ime izdelka	Sistem za neprekinjeno spremljanje glukoze (komplet senzorjev) FreeStyle Libre 3
Zakoniti proizvajalec	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Združeno kraljestvo
Pooblaščen zastopnik	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nizozemska
Začetek CE-označevanja	8. september, 2020
Globalna nomenklatura o medicinskih pripomočkih	44611

Predvidena uporaba

Senzor sistema za neprekinjeno spremljanje glukoze FreeStyle Libre 3 (»Senzor«) se skupaj z združljivo napravo uporablja za merjenje ravnih glukoze v tkivni tekočini pri ljudeh s sladkorno boleznijo in služi kot nadomestek za merjenje glukoze v krvi pri samooskrbi sladkorne bolezni, vključno z odmerjanjem inzulina.

Uredba 2017/745 o medicinskih pripomočkih

Basic UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klasifikacija	Razred IIb
Pravilo	10
Pot do skladnosti	Priloga IX
Priglašeni organ	Britanska organizacija za standardizacijo (BSI)
Št. registracije priglašene organa	2797
Certifikat ES	MDR 716262 R000

Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU

Harmonizirani standardi	EN 300 328 V2.2.2
Pot do skladnosti	Modul A

Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2011/65/EU

Harmonizirani standardi	EN IEC 63000:2018
-------------------------	-------------------

Podjetje Abbott Diabetes Care izjavlja, da je zgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi zakonodajnimi akti:

- Uredbo 2017/745 o medicinskih pripomočkih;
- Direktivo o radijski opremi 2014/53/EU;
- Direktivo 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Vsa spremljajoča dokumentacija se hrani pod nadzorom podjetja Abbott Diabetes Care Ltd. in je na voljo za pregled na zahtevo. Ta izjava je podpisana in izdana na lastno odgovornost zakonitega proizvajalca, podjetja Abbott Diabetes Care Ltd.

CEDEC125 REV-C

EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

<u>Declaración de conformidad</u>	
Nombre(s) del producto	Sistema FreeStyle Libre 3 de medición continua de la glucosa (kit sensor)
Fabricante legal	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Reino Unido
Representante autorizado	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Países Bajos
Primera fecha de marcado CE	8 de septiembre de 2020
Código GMDN	44611

<u>Finalidad prevista</u>
El sensor del Sistema FreeStyle Libre 3 de medición continua de la glucosa ("Sensor") se utiliza junto con un dispositivo compatible para medir el nivel de glucosa en el líquido intersticial de personas con diabetes mellitus, y ha sido diseñado para sustituir las pruebas de glucemia en la autogestión de la diabetes, incluida la dosificación de insulina.

<u>Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745</u>	
UDI-DI básico	5021791FLS0003E3
Clasificación	IIb
Regla	10
Ruta de conformidad	Anexo IX
Organismo notificado	British Standards Institution (BSI)
N.º de identificación del organismo notificado	2797
Certificado CE	MDR 716262 R00

<u>Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos</u>	
Normas armonizadas	EN 300 328 V2.2.2
Ruta de conformidad	Módulo A

<u>Directiva 2011/65/UE sobre la limitación del uso de sustancias peligrosas</u>	
Normas armonizadas	EN IEC 63000:2018

Abbott Diabetes Care declara por la presente que el producto mencionado cumple los siguientes actos legislativos: <ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 • Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos • Directiva 2011/65/UE sobre la limitación del uso de sustancias peligrosas Todos los documentos acreditativos permanecen bajo el control de Abbott Diabetes Care Ltd. y se encuentran disponibles para examinarlos mediante previa solicitud. Esta declaración se emite bajo la responsabilidad única del fabricante legal, Abbott Diabetes Care Ltd., y se firma en su nombre.

<u>Försäkran om överensstämmelse</u>	
Produktnamn	FreeStyle Libre 3 kontinuerligt glukosövervakningssystem (sensorsats)
Juridisk tillverkare	Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon, OX29 0YL Storbritannien
Auktoriserad representant	Abbott B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nederländerna
Första datum för CE-märkning	8 september 2020.
GMDN	44611

<u>Avsett ändamål</u>
Sensorn i FreeStyle Libre 3 kontinuerligt glukosövervakningssystem ("sensor") används tillsammans med en kompatibel enhet för att mäta glukosnivån i den interstitiella vätskan hos personer med diabetes mellitus och är avsedd att ersätta blodsockermätning vid egenvård av diabetes, inklusive insulindosering.

<u>Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter</u>	
Grundläggande UDI-DI	5021791FLS0003E3
Klassificering	IIb
Regel	10
Process för överensstämmelse	Bilaga IX
Anmält organ	British Standards Institution (BSI)
Anmält organs identifikationsnummer	2797
EG-intyg	MDR 716262 R000


<u>Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU</u>	
Harmoniserade standarder	EN 300 328 V2.2.2
Process för överensstämmelse	Modul A

<u>Direktiv 2011/65/EU om begränsning av farliga ämnen</u>	
Harmoniserade standarder	EN IEC 63000:2018

Abbott Diabetes Care intygar härmed att ovan nämnda produkt överensstämmer med följande rättsakter: <ul style="list-style-type: none"> • Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter • Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU • Direktiv 2011/65/EU om begränsning av farliga ämnen Alla styrkande handlingar hålls i förvar hos Abbott Diabetes Care Ltd. och finns tillgängliga för granskning på begäran. Denna försäkran utfärdas uteslutande på den juridiska tillverkarens, Abbott Diabetes Care Ltd., ansvar och undertecknas på dennes vägnar.
--

CEDEC125 REV-C
EN/BG/HR/CS/DA/NL/ET/FI/FR/DE/EL/HU/GA/IT/LV/LT/MT/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV

Template: 7.2.102T01_Rev-C

Signature/ Подпис/ Potpis/ Podpis/ Underskrift/ Handtekening/ Allkiri/ Allekirjoitus/ Signature/ Unterschrift/ Υπογραφή/ Aláírás/ Síniú/ Firma/ Paraksts/ Parašas/ Firma/ Podpis/ Assinatura/ Semnătură/ Podpis/ Podpis/ Firma/ Underskrift:	
Name/ Име/ Ime i prezime/ Jméno/ Navn/ Naam/ Nimi/ Nimi/ Nom/ Name/ Όνομα/ Név/ Ainm/ Nome/ Vārds, uzvārds/ Vardas ir pavardė/ Isem/ Imię i nazwisko/ Nome/ Nume/ Meno/ Ime/ Nombre/ Namn:	Danielle Taylor
Position/ Длъжност/ Funkcija/ Pozice/ Stilling/ Functie/ Amet/ Tehtävämike/ Position/ Stelle/ Θέση/ Beosztás/ Freagracht/ Posizione/ Amats/ Pareigos/ Požizzjoni/ Stanowisko/ Cargo/ Funcție/ Pozícia/ Položaj/ Cargo/ Befattning:	Regulatory Affairs Director, EMEA
Place/ Место/ Mjesto/ Místo/ Sted/ Locatie/ Koht/ Paikka/ Lieu/ Ort/ Τόπος/ Hely/ Áit/ Luogo/ Vieta/ Vieta/ Post/ Miejsce/ Local/ Locație/ Miesto/ Kraj/ Lugar/ Ort:	Witney, UK
Date/ Дата/ Datum/ Datum/ Dato/ Datum/ Kuupäev/ Päivämäärä/ Date/ Datum/ Ημερομηνία/ Dátum/ Dáta/ Data/ Datums/ Data/ Data/ Data/ Data/ Dată/ Dátum/ Datum/ Fecha/ Datum:	16 NOV 2021

— END OF DOCUMENT —